



Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

Centrum hygienických laboratoří, Poskytovatel zkoušení způsobilosti
Poskytovatel zkoušení způsobilosti č. 7013 akreditovaný ČIA
podle ČSN EN ISO/IEC 17043



OSVĚDČENÍ

o účasti ve zkoušení způsobilosti

Označení PT: **PT1 EO-24**
Název PT: Měření elektrického osvětlení
Předmět PT: Elektrická osvětlovací soustava
Termín: 28. - 29. 5. 2024

Účastník: **HR Elektro s.r.o.**
Rudolfovská tř. 202/88
370 01 České Budějovice
IČO: 01684141

Kód účastníka: **17**

Uvedený účastník svými výsledky vyhodnocenými podle ČSN ISO 13528:2023 dosáhl vyhovujících výsledků, tj. z-skóre v intervalu $<-2; +2>$ pro měření uvedená v tabulce. Další informace jsou uvedeny v konečné zprávě č. PT1/2024/1/EO.

ÚKOL	PARAMETR	Z-SKÓRE
B	vertikální osvětlenost regálu	- 0,04
C	horizontální osvětlenost kontrolního bodu	+ 0,44
D	vertikální osvětlenost kontrolního bodu	- 0,16

.....
Ing. Martin Demel, koordinátor